

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ  
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
МЕДИЧНИХ НАУК  
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION  
KUNDIEV INSTITUTE OF  
OCCUPATIONAL HEALTH  
OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCES OF  
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»  
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;  
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»  
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.  
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел (044) 289 00 21, E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua), Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник директора з наукової роботи  
ДУ «ІМІТ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО



**ВИСНОВОК**  
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від "05" 12 2024 року

№ 2024/04/5280

**Об'єкт експертизи:** Вода дистильована й кондуктометрична та вода подібної чистоти для технічних цілей «VITOL», «VOIN»

**виготовлений у відповідності із** ТУ У 20.1-45491514-001:2024 Вода дистильована й кондуктометрична та вода подібної чистоти для технічних цілей. Технічні умови

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД:** 20.13.52-50.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для технічних цілей, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна походження, країна виробник:** ТОВ "ВІТОЛ ТЕХНОЛОДЖИ", Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул. Дальницька, будинок 43/15, код за ЄДРПОУ 45491514; Адреса виробництва: Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул. Дальницька, будинок 43/15.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник:** ТОВ "ВІТОЛ ТЕХНОЛОДЖИ", Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул. Дальницька, будинок 43/15, код за ЄДРПОУ 45491514.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** Рівень рН за 25 °С від 5,0 до 7,5; вбирна здатність за 254 нм та довжині оптичного шляху 1 см, абсорбційні одиниці не визначено; осад після випарення за 110 °С не перевищує 1 мг/кг відповідно до

ДСТУ ISO 3696:2003 "Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987, IT)".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

---

**За результатами експертизи:** Вода дистильована й кондуктометрична та вода подібної чистоти для технічних цілей «VITOL», «VOIN», виготовлена у відповідності із ТУ У 20.1-45491514-001:2024 Вода дистильована й кондуктометрична та вода подібної чистоти для технічних цілей. Технічні умови відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування

---

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний:** на термін дії ТУ У 20.1-45491514-001:2024 Вода дистильована й кондуктометрична та вода подібної чистоти для технічних цілей. Технічні умови

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

  
(підпис)

Ольга ЛЕОНЕНКО  
(ім'я та прізвище)